

VšĮ Jonavos ligoninės  
Laboratorinės medicinos skyrius

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PAMATINIŲ BIOLOGINIŲ VERČIŲ INTERVALŲ (REKOMENDUOJAMŲ RIBŲ) AR KLINIKINIŲ  
SPRENDIMŲ VERČIŲ SĄRAŠAS IR TYRIMŲ METODAI

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-2341

KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Analitės pavadinimas	Tarptautinis trumpinys	Ėminys	Norminiai dydžiai	Mato vienetas	Tyrimo metodas
1.	<b>Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL)</b>					
1.1.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL)	aPTT	PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	23,2-35,2	s	Rekalcifikacijos
2.	<b>Protrombino laikas (PL) Quick metodu</b>					
2.1.	Protrombino aktyvumas (protrombino laiko (PL) santykis su normalia verte) Quick metodu	PT (PA)	PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	70-130	%	Quick
2.2.	Tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) Quick metodu	PT/INR	PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	1,2-0,8		Apskaičiuojamas
3.	<b>Fibrinogenas Clauss metodu</b>					
			PPP (plazma, stokojanti trombocitų)	2,00-4,00	g/l	Klauso
4.	<b>D-dimerai (FEU)</b>					
		D dimer	Kraujas	0,00-0,5	µg/l	Imunoturbidimetrinis

**FEU**

**5.**

**Kraujavimo laikas pagal Ivy**

Kraujas

Naujagimiai, kūdikiai-5 mėn.  
0,85-1,65  
5 mėn.-15 m. 1,30-8,99  
Nuo 15 m. 2,00-8,00

min.

Ivy